

Số: /CV-BVT
V/v: Đề nghị báo giá thiết bị Bồn
tắm trẻ sơ sinh, bồn ngâm rửa dụng
cụ, bồn rửa tay vô trùng các loại

Điện Biên, ngày 18 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm Bồn tắm trẻ sơ sinh, bồn ngâm rửa dụng cụ, bồn rửa tay vô trùng các loại phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Thế Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0899 485 888

Địa chỉ Email: nguyenthehung119@gmail.com

3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ 10, phường Mường Thành, tỉnh Điện Biên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 5 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2026.

6. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Hồ sơ năng lực;
- Giấy phép kinh doanh của đơn vị báo giá;
- Báo cáo tình hình tài chính 03 năm gần đây;
- Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, hoặc không nợ đọng thuế của năm tài chính gần nhất;
- Hợp đồng tương tự: Có ít nhất 2 hợp đồng với các đơn vị khác có nội dung công việc tương đương.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa (*theo mẫu tại Phụ lục 1*).
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026.
4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng và thực hiện thanh toán sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
5. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác (*theo mẫu tại Phụ lục 2*).
6. Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: (*theo mẫu tại Phụ lục 3*).

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên về việc đề nghị báo giá cho gói thầu mua sắm Bồn tắm trẻ sơ sinh, bồn ngâm rửa dụng cụ, bồn rửa tay vô trùng các loại phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐTĐBV, Phòng TCKT;
- Lưu VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Ts.Bs Phạm Tiến Biên

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số /CV-BVT ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên)

STT	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật	Địa điểm cung cấp	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bồn tắm trẻ sơ sinh	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.- Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz.- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$ <p>* Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hệ thống vòi sử dụng: 02 cái- Hệ thống công tắc đầu gối: 01 cái- Đèn hồng ngoại: 01 cái- Đèn tuýp dạng led: 01 cái- Tranh thiếu nhi, chất liệu vải lụa: 01 cái- Chậu tắm chống bám bẩn: 02 cái- Đồng hồ đo nhiệt độ nước tắm: 02 cái- Đồng hồ ẩm nhiệt kế môi trường: 01 cái- Đệm lót mặt: 01: cái	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống lọc thô: 02 cái - Hệ thống lọc tinh: 02 cái - Đèn UV: 02 cái - Bơm tăng áp: 01 cái - Hệ thống nước nóng: 02 cái - Aptomat chống giật: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. <p>* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân bồn được đúc nguyên khối đảm bảo không có kẽ để cho vi khuẩn trú ngụ. - Hai chậu tắm được đúc liền khối với mặt bàn, thuận tiện cho việc vệ sinh sau mỗi ca tắm cho trẻ. - Có hệ thống cài đặt nhiệt độ nước tắm dạng kỹ thuật số, đồng hồ hiển thị nhiệt độ dạng đèn LED. - Có hệ thống điện thông minh, đóng mở nước bằng công tắc chân và tự ngắt nước khi đầy chậu. 			
2	Bồn ngâm rửa dụng cụ 2 vòi	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$. <p>* Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống vòi sử dụng: 02 cái - Vòi xả áp lực cao: 01 cái 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Chậu rửa: 03 cái - Mặt bàn: 01 cái - Bơm tăng áp: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. <p>* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồn ngâm và rửa dụng cụ được thiết kế chuyên biệt cho ngâm rửa dụng cụ y tế. - Vòi xả áp lực cao có dây silycol dài 1 mét. - Kích thước tổng thể của bồn (D x R x H): $\geq 1800 \times 500 \times 1000$ mm. - Chậu rửa kích thước $\geq 550 \times 330 \times 300$mm. - Mặt bàn kích thước $\geq 540 \times 400$ mm. - Một chậu chuyên dùng để ngâm có khoá để giữ hoá chất và đảm bảo an toàn khi xả rửa không chạm hoá chất. Phía dưới là hệ thống tủ để đồ có cánh cửa. - Ngâm rửa dụng cụ được thực hiện trong chậu inox, được thiết kế hợp chuẩn. 			
3	Bồn ngâm rửa dụng cụ 3 vòi	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$. <p>* Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống vòi sử dụng: 03 cái - Chậu ngâm: 02 cái 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Chậu rửa: 01 cái - Mặt bàn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: - Có 2 chậu chuyên dùng để ngâm, có khoá để giữ hoá chất và đảm bảo an toàn khi xả rửa không chạm hoá chất và có nắp đậy để hạn chế hoá chất bay hơi. Kích thước 2 chậu là 700 x 400 x 300 mm và 400 x 200 x 200 mm. - Hai chậu ngâm có vạch chia số lít được khắc sẵn trong lòng chậu thuận tiện cho việc định lượng hoá chất. - Kích thước tổng thể của bồn (D x R x H): $\geq 2500 \times 600 \times 1000$ mm. - Chậu rửa kích thước $\geq 350 \times 350 \times 200$ mm. - Mặt bàn kích thước $\geq 1100 \times 500$ mm. - Có móc để treo hai nắp đậy khi lấy dụng cụ. Phía dưới là hệ thống tủ để đồ có cánh cửa. - Ngâm rửa dụng cụ được thực hiện trong chậu inox, được thiết kế hợp chuẩn. 			
4	Bồn ngâm rửa dụng cụ 4 vòi	<ul style="list-style-type: none"> * Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^\circ\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$. * Yêu cầu cấu hình: - Hệ thống vòi sử dụng: 04 cái 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Vòi xả áp lực cao: 01 cái - Chậu rửa: 03 cái - Chậu ngâm: 01 cái - Mặt bàn: 01 cái - Bơm tăng áp: 01 cái - Hệ thống lọc nước RO: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. <p>* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một chậu chuyên dùng để ngâm (chậu số 4) có khoá để giữ hoá chất và đảm bảo an toàn khi xả rửa không chạm hoá chất và có nắp đậy để hạn chế hoá chất bay hơi. - Kích thước tổng thể của bồn (D x R x H): $\geq 2700 \times 600 \times 1000$ mm. - Chậu rửa kích thước $\geq 540 \times 450 \times 300$ mm. - Chậu ngâm kích thước $\geq 540 \times 450 \times 300$ mm. - Mặt bàn kích thước $\geq 350 \times 500$ mm. - Vòi xả áp lực cao có dây silycol dài 1 mét tại chậu rửa số 2. - Hệ thống lọc nước RO cho chậu rửa số 3. - Phía dưới là hệ thống tủ để đồ có cánh cửa. - Ngâm rửa dụng cụ được thực hiện trong chậu inox, được thiết kế hợp chuẩn. 			
5	Bồn rửa tay vô trùng 1 vòi, chất liệu inox	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái

	<ul style="list-style-type: none"> - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$. * Yêu cầu cấu hình: - Hệ thống vòi rửa: 01 cái - Chậu rửa: 01 Cái - Mặt bàn: 01 Cái - Hệ thống công tắc đầu gói: 01 cái - Hệ thống cảm biến hồng ngoại: 01 cái - Hệ thống xả xả phòng tự động: 01 cái - Hệ thống làm nóng nước: 01 cái - Máy bơm tạo áp lực nước: 01 cái - Hệ thống lọc thô: 02 cái - Lọc tinh $\leq 1 \mu\text{m}$: 01 cái - Đèn UV: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: - Bồn rửa tay vô trùng được làm bằng chất liệu inox 304, chủng loại inox xước chuyên dùng trong y tế. - Lòng bồn rửa được hàn liền khối, không góc cạnh, bề mặt nhẵn bóng dễ vệ sinh, ngăn sự phát triển của vi khuẩn, - Bồn có 4 bánh xe dễ dàng di chuyển. - Kích thước bồn (D x R x H): $\geq 1200 \times 600 \times 1150 \text{ mm}$. - Chậu rửa bên phải kích thước $\geq 600 \times 480\text{mm}$. - Mặt bàn bên trái kích thước $\geq 440 \times 500\text{mm}$. - Bồn được điều khiển bằng Mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm cảm ứng và thích nghi với môi trường có nhiều thiết bị gây nhiễu. 			
--	--	--	--	--

6	Bồn rửa tay vô trùng 1 vòi, chất liệu Composite	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$. <p>* Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống vòi rửa: 01 cái - Hệ thống công tắc đầu gối: 01 cái - Hệ thống cảm biến hồng ngoại: 01 cái - Hệ thống xả xả phòng tự động: 01 cái - Hệ thống làm nóng nước: 01 cái - Máy bơm tạo áp lực nước: 01 cái - Hệ thống lọc thô: 02 cái - Lọc tinh $\leq 1 \mu\text{m}$: 01 cái - Đèn UV: 01 cái - Bồn rửa: 01 cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. <p>* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồn rửa tay vô trùng được làm bằng chất liệu Composite chuyên dùng trong y tế. - Bồn được đúc liền khối, không góc cạnh, bề mặt nhẵn bóng dễ vệ sinh, ngăn sự phát triển của vi khuẩn. - Kích thước bồn (D x R x H): $\geq 1000 \times 550 \times 1280 \text{ mm}$. - Bồn rửa tay được đặt trên sàn có bánh xe di chuyển. Thể tích 90 -100 lít. 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái
---	---	---	----------------------------------	---	-----

7	Bồn rửa tay vô trùng 2 vòi, chất liệu inox	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$ <p>* Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống vòi rửa: 02 cái - Hệ thống công tắc đầu gối: 02 cái - Hệ thống cảm biến hồng ngoại: 02 cái - Hệ thống xả xả phòng tự động: 01 cái - Hệ thống làm nóng nước: 01 cái - Máy bơm tạo áp lực nước: 01 cái - Hệ thống lọc thô: 02 cái - Lọc tinh: 01 cái - Đèn UV: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồn rửa tay vô trùng được làm bằng chất liệu inox 304, chủng loại inox xước chuyên dùng trong y tế. - Lòng bồn rửa được hàn liền khối, không góc cạnh, bề mặt nhẵn bóng dễ vệ sinh, ngăn sự phát triển của vi khuẩn, Bồn có 4 bánh xe dễ dàng di chuyển. - Kích thước bồn (D x R x H): $\geq 1200 \times 600 \times 1150$ mm - Bồn được điều khiển bằng Mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm cảm ứng và thích nghi với môi trường có nhiều thiết bị gây nhiễu. 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái
---	--	---	----------------------------------	---	-----

8	Bồn rửa tay vô trùng 2 vòi, chất liệu Composite	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220VAC ($\pm 10\%$), 50Hz. - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 70\%$ <p>* Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống vòi rửa: 02 cái - Hệ thống công tắc đầu gối: 02 cái - Hệ thống cảm biến hồng ngoại: 02 cái - Hệ thống xả xả phòng tự động: 01 cái - Hệ thống làm nóng nước: 01 cái - Máy bơm tạo áp lực nước: 01 cái - Hệ thống lọc thô: 03 cái - Lọc tinh: 01 cái - Đèn UV: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồn rửa tay vô trùng được làm bằng chất liệu Composite chuyên dùng trong y tế. - Bồn được đúc liền khối, không góc cạnh, bề mặt nhẵn bóng dễ vệ sinh, ngăn sự phát triển của vi khuẩn. - Kích thước bồn (D x R x H): $\geq 1500 \times 550 \times 750$ mm - Bồn rửa tay được gắn trên tường vững chắc. 	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	1	Cái
---	---	--	----------------------------------	---	-----

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [*ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày*], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [*ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá*].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP ⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa ”

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC 3
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo Báo giá số... ngày ... tháng ... năm 2026)

Tên Công ty:

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu ⁽²⁾
			Ký, mã hiệu	Hãng, nước sản xuất	Tính năng, thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	
1	Hàng hóa 1					
2	Hàng hóa 2					
...						

(1) Ghi chính xác tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào giá.

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))